

Sprawozdanie z badań nr NL/1506/2020

Znak sprawy: NL.4340.6.249.2020

Data wydania: 16.09.2020

Zlecenie z dn. 18.08.2020

Nazwa i adres klienta:

Spółdzielcza Agrofirma
Szczekociny
ul.Parkowa 1
42-445 Szczekociny

Identyfikacja obiektu badania:

woda do spożycia przez ludzi

Rodzaj próbek: fizyko-chemiczna

Nr identyfikacyjny próbki	Opis punktu pobrania próbki	Data pobrania	Data przyjęcia	Data ukończenia badań
W/2466	Szczekociny ul. 3-go Maja - studzienka	2020-08-18	2020-08-18	2020-09-16

Próbki pobrał i dostarczył klient

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za stan pobranych próbek.

Opis próbek oraz miejsce i data pobrania wg deklaracji klienta.

Laboratorium nie ma możliwości zweryfikowania informacji podanych przez klienta.

Otrzymują:

Klient

a/a

1. Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie nie może być powielane inaczej, jak w całości.
2. Wyniki odnoszą się wyłącznie do badanych obiektów.
3. W przypadku dostarczenia próbek przez klienta wyniki odnoszą się wyłącznie do otrzymanych próbek.
4. Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu badania są dostępne w Laboratorium.
5. Laboratorium zobowiązuje się do przestrzegania wymagań i warunków określonych przez klienta, dotyczących poufności i ochrony jego praw, jeżeli nie jest to sprzeczne z obowiązującym prawem.
6. Klient ma prawo do złożenia skargi w terminie 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

Sprawozdanie z badań nr NL/1506/2020
Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Badania fizyko - chemiczne					
Numer identyfikacyjny próbki			W/2466		Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zawarte w RMZ z dn.07.12.2017r.
Stan próbki			Prawidłowy		
Miejsce Punkt pobrania próbki			Szczekociny ul. 3-go Maja - studzienka		
Wskaźniki	Zastosowana metodyka	Jednostka	Wynik	Niepewn. pomiaru	
Cyjanki	PB-116 wyd.2 z dn.20.09.2019 test kuwetowy LCK 315	mg/l	<0.01		

Autoryzował:

Starszy Laborant

Monika Nowak
mgr Monika Nowak

Zatwierdził:

Kierownik
Centralnego Laboratorium
Badania Wody i Ścieków
Bazena Szymaniec
mgr Bazena Szymaniec

KONIEC SPRAWOZDANIA